

# 组织及血液酸性磷酸酶（ACP）活性检测试剂盒说明书

可见分光光度法

货号：AC10388

规格：50T/24S

**产品组成：使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致，有疑问请及时联系本公司工作人员。**

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体 30 mL×1 瓶	4℃保存
试剂一	液体 10 mL×1 瓶	4℃保存
试剂二	液体 10 mL×1 瓶	4℃保存
试剂三	液体 30 mL×1 瓶	4℃保存
标准品	液体 1 mL×1 支	4℃保存

溶液的配制：

- 1、标准品：10 μmol/mL 酚标准液，临用前蒸馏水稀释至 2.5 μmol/mL 备用。

**产品说明：**

ACP 在酸性条件下催化磷酸单酯水解称无机磷酸，常见于巨噬细胞的溶酶体内。ACP 常用于前列腺癌的辅助诊断。

在酸性环境中，ACP 催化磷酸苯二钠水解生成苯酚，苯酚与 4-氨基安替比林和铁氰化钾反应生成红色亚醌衍生物，在 510nm 有特征光吸收；通过测定 510nm 吸光度增加速率，来计算 ACP 活性。

**注意：实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。**

**需自备的仪器和用品：**

可见分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水。

**操作步骤：****一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）**

组织样本称取约 0.1g 组织，加提取液 1mL 充分研磨，4℃，10000rpm 离心 10min，取上清液待测。

血清（血浆）：血液可直接用于测定，如果浓度高的话，用提取液稀释。

**二、测定步骤**

1、分光光度计预热 30min 以上，调节波长到 510nm，蒸馏水调零。

2、试剂一置于 37℃水浴中预热 30min 以上。

3、操作表：

试剂名称（μL）	测定管	对照管	空白管	标准管
蒸馏水	-	-	100	-
标准品	-	-	-	100

上清液	100	-	-	-
试剂一	200	200	200	200
试剂二	200	200	200	200
混匀后置于 37°C 水浴中保温 15min				
试剂三	600	600	600	600
上清液	-	100	-	-
混匀后于 510 nm 测定吸光度，分别记为 A 测定管、A 对照管、A 空白管、A 标准管。				

### 三、ACP 活性计算

#### 1、按蛋白浓度计算

活性单位定义：37°C 中每毫克蛋白每分钟催化产生 1 $\mu$ mol 酚为一个酶活力单位。

$$\text{ACP 酶活 (U/mg prot)} = [\text{C 标准品} \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times \text{V 样}] \div (\text{Cpr} \times \text{V 样}) \div \text{T}$$

$$= 0.167 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{Cpr}$$

#### 2、按样本质量计算

活性单位定义：37°C 中每克组织每分钟催化产生 1 $\mu$ mol 酚为一个酶活力单位。

$$\text{ACP 酶活 (U/g 质量)} = [\text{C 标准品} \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times \text{V 样}] \div (\text{W} \div \text{V 提取} \times \text{V 样}) \div \text{T}$$

$$= 0.167 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{W}$$

#### 3、按血液体积计算

活性单位定义：37°C 中每毫升血液每分钟催化产生 1 $\mu$ mol 酚为一个酶活力单位。

$$\text{ACP 酶活 (U/mL)} = [\text{C 标准品} \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times \text{V 样}] \div \text{V 样} \div \text{T}$$

$$= 0.167 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管})$$

C 标准品：标准品浓度，2.5 $\mu$ mol/mL；V 样：加入反应体系中上清液体积，0.1mL；T：反应时间，15min；V 提取：加入提取液体积，1mL；W：样本质量，g。

### 注意事项：

- 1、试剂一、试剂二和试剂三均需避光保存。
- 2、试剂三变蓝绿色后不能再使用。
- 3、加入试剂三后必须立即混匀，否则显色不完全。
- 4、ACP 不稳定，尤其在 37°C 和 pH 大于 7 的条件下活力丧失快，因此酸性磷酸酶样本一般需当天准备；血清样本中，每毫升血清中加入 10mg 柠檬酸氢二钠或者 5mg 硫酸氢钠，使 pH 降至 6.5 以下，或 5mL 血清加入 30% 醋酸溶液 2~3 滴，置于 4°C 可保存 1 周。

### 实验实例：

- 1、取 0.1g 肾脏加入 1mL 提取液进行匀浆研磨，取上清后按照测定步骤操作，测得计算 A 测定管=0.572、A 对照管=0.021、A 空白管=0.007、A 标准管=0.496，按样本质量计算酶活：

$$\text{ACP 酶活 (U/g 质量)} = 0.167 \times (\text{A 测定管} - \text{A 对照管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{W} = 0.167 \times (0.572 - 0.021) \div (0.496 - 0.007) \div 0.1 = 1.882 \text{ U/g 质量。}$$

- 2、取 0.1g 三叶草叶加入 1mL 提取液进行匀浆研磨，取上清后按照测定步骤操作，测得计算 A 测定管=0.074、A 对照管=0.023、A 空白管=0.007、A 标准管=0.496，按样本质量计算酶活：

ACP 酶活 (U/g 质量) =  $0.167 \times (A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}) \div (A_{\text{标准管}} - A_{\text{空白管}}) \div W = 0.167 \times (0.074 - 0.023) \div (0.496 - 0.007) \div 0.1 = 0.174 \text{ U/g 质量}$ 。