

# 羟脯氨酸 (HYP) 含量检测试剂盒说明书

可见分光光度法

货号：AC10115

规格：50T/48S

**产品组成：**使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致，有疑问请及时联系本公司工作人员。

| 试剂名称 | 规格           | 保存条件    |
|------|--------------|---------|
| 提取液  | 自备试剂         | -       |
| 试剂一  | 液体 15 mL×1 瓶 | 2-8°C保存 |
| 试剂二  | 液体 15 mL×1 瓶 | 2-8°C保存 |
| 标准品  | 液体 1 mL×1 支  | 2-8°C保存 |


溶液的配制：

1. 提取液：自备 6 mol/L 盐酸溶液，大约需要 100mL，常温保存；试剂盒内提供一个 30mL 棕色空瓶，仅做分装使用，请自行标注试剂名称
2. 6 mol/L 盐酸提取液的配制：按浓盐酸（37%）和 H<sub>2</sub>O 的体积比是 1: 1 进行配制。
3. 标准品：0.5 mg/mL 羟脯氨酸标准品。

## 产品说明：

HYP 是机体胶原蛋白主要成分之一，胶原蛋白大多分布于皮肤、腱、软骨和血管等，因此 HYP 含量是反映胶原组织代谢及纤维化程度的一项重要指标。

样本经酸水解产生游离的 HYP，进一步被氯胺 T 氧化，氧化产物与对二甲氨基苯甲醛反应，产生红色化合物，在 560nm 处有特征吸收峰。通过测定样本水解液 560nm 吸光值，可计算 HYP 含量。



## 技术指标：

最低检出限：0.051 μg/mL

线性范围：0.117-15 μg/mL

**注意：**实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

## 需自备的仪器和用品：

天平、玻璃管、离心机、水浴锅、可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿、6mol/L 盐酸、氢氧化钠溶液和蒸馏水。

## 操作步骤：

### 一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

1、组织：称取约 0.2g 样本于玻璃管，将组织尽量剪碎以便消化，盖子稍松不密闭。加入 2mL 的提取液，煮沸或 110°C 烘箱 2 至 6 小时消化至没有可见大的团块（缠封口膜，防止爆盖），冷却后用 NaOH 溶液（10mol/L 的大约需要 1mL）调节 pH 值至 6-8 范围内（不可过酸或过碱），再蒸馏水定容至 4mL。最后 16000rpm, 25°C, 离心 20min（若离心后仍有杂质，可通过过滤去除），取上清待测。

2. 细菌/细胞：取 $5\times10^6$ 个细菌/细胞，加入1mL的提取液，煮沸或110°C烘箱2至6小时消化至透明状（缠封口膜，防止爆盖），冷却后用NaOH溶液（10mol/L大约需要0.5mL）调节pH值至**6-8**范围内（不可过酸或过碱），蒸馏水定容至2mL，16000rpm，25°C，离心20min，取上清待测。

3. 液体样本：称取300μL液体样本于玻璃管，加入0.7mL的提取液（若测定数值过小可调整二者比例），煮沸或110°C烘箱2至6小时消化至没有可见大的团块（缠封口膜，防止爆盖），冷却后用NaOH溶液调节pH值至**6-8**范围内（不可过酸或过碱），再蒸馏水定容至2mL。最后16000rpm，25°C，离心20min（若离心后仍有杂质，可通过过滤去除），取上清待测。

注：提取过程中可能有黑色物质生成，若长时间不能消化，可能为碳化的物质，不影响实验。

## 二、测定步骤

1、分光光度计预热30min以上，调节波长至560nm，蒸馏水调零。

2、将0.5mg/mL羟脯氨酸标准品用蒸馏水稀释为15、7.5、3.75、1.875、0.938、0.469、0.234、0.117μg/mL标准品。

## 3、标准品稀释表：

| 序号 | 稀释前浓度(μg/mL)   | 标准液体积(μL) | 蒸馏水体积(μL) | 稀释后浓度(μg/mL) |
|----|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1  | 500(即0.5mg/mL) | 30        | 970       | 15           |
| 2  | 15             | 500       | 500       | 7.5          |
| 3  | 7.5            | 500       | 500       | 3.75         |
| 4  | 3.75           | 500       | 500       | 1.875        |
| 5  | 1.875          | 500       | 500       | 0.938        |
| 6  | 0.938          | 500       | 500       | 0.469        |
| 7  | 0.469          | 500       | 500       | 0.234        |
| 8  | 0.234          | 500       | 500       | 0.117        |

备注：下述实验中每个标准管需200μL标准品（注意不要在此步骤直接检测吸光度）。

## 4、按下表进行操作：

| 试剂名称         | 空白管        | 测定管 | 标准管 |
|--------------|------------|-----|-----|
| 样本(μL)       | -          | 200 | -   |
| 标准品(μL)      | -          | -   | 200 |
| 试剂一(μL)      | 200        | 200 | 200 |
| 混匀，常温静置20min |            |     |     |
| 试剂二(μL)      | 200        | 200 | 200 |
| 蒸馏水(μL)      | <b>600</b> | 400 | 400 |

混匀，60°C，水浴20min，取出后常温静置15 min，用1mL玻璃比色皿，在560nm下分别测定空白管、测定管、标准管的吸光值，记为A<sub>空白管</sub>、A<sub>测定管</sub>、A<sub>标准管</sub>，计算 $\Delta A$  测定=A<sub>测定管</sub>-A<sub>空白管</sub>， $\Delta A$  标准=A<sub>标准管</sub>-A<sub>空白管</sub>。标准曲线和空白管只需做1-2次。

## 三、羟脯氨酸含量计算公式

### 1. 标准曲线的绘制：

以标准品的浓度为x轴， $\Delta A$  标准为y轴，绘制标准曲线，得到方程  $y=kx+b$ 。将 $\Delta A$  测定带入方程得到 $x(\mu\text{g}/\text{mL})$ 。

### 2. 羟脯氨酸含量的测定：

(1) 按样本质量计算:

组织羟脯氨酸含量 ( $\mu\text{g/g}$  质量) =  $x \times V$  样本 ÷  $(W \times V$  样本 ÷  $V$  组提) ×  $F = 4x \div W \times F$

(2) 按样本蛋白浓度计算:

组织羟脯氨酸含量 ( $\mu\text{g/mg prot}$ ) =  $x \times V$  样本 ÷  $(C_{\text{pr}} \times V$  样本) ×  $F = x \div C_{\text{pr}} \times F$

(3) 按细菌或细胞数量计算:

细胞羟脯氨酸含量 ( $\mu\text{g}/10^6 \text{ cell}$ ) =  $x \times V$  样本 ÷  $(N \times V$  样本 ÷  $V$  胞提) ×  $F = 2x \div N \times F$

(4) 按液体体积计算:

液体羟脯氨酸含量 ( $\mu\text{g/mL}$ ) =  $x \times V$  液提 ÷  $V$  液体 ×  $F = 6.67 \times x \times F$

$V$  样本: 加入的样本体积, 0.2mL;  $V$  组提: 组织提取液体积, 4mL;  $V$  胞提: 细胞提取液体积, 2mL;  $V$  液提: 液体提取液体积, 2mL;  $V$  液体: 前处理中液体加入体积, 0.3mL;  $W$ : 样本质量, g;  $N$ : 细胞数量, 以  $10^6$  为单位, 百万个;  $C_{\text{pr}}$ : 样本蛋白质浓度, mg/mL。

**注意事项:**

- 1、如果测定吸光值超过线性范围吸光值, 可以增加样本量或者用蒸馏水稀释样本后再进行测定。
- 2、试剂有一定的毒性, 请操作时做好防护措施, 防止吸入或与皮肤接触。
- 3、按样本蛋白浓度计算时, 需单独提取样本中的蛋白质并测定。

**实验实例:**

1、取 0.2g 小鼠皮肤进行样本处理, 取上清后蒸馏水稀释 32 倍后按测定步骤操作, 使用 1mL 玻璃比色皿测得计算  $\Delta A$  测定=A 测定管-A 空白管=0.548-0.124=0.424, 带入标准曲线  $y=0.0634x+0.0044$ ,  $R^2=0.9996$ , 计算  $x=6.62$ , 按样本质量计算含量得:

组织羟脯氨酸含量 ( $\mu\text{g/g}$  质量) =  $4x \div W \times 32$  (稀释倍数) =  $4 \times 6.62 \div 0.2 \times 32 = 4236.8 \mu\text{g/g}$  质量。

2、取  $8 \times 10^6$  个 HMC-1 细胞进行样本处理, 取上清后按测定步骤操作, 使用 1mL 玻璃比色皿测得计算  $\Delta A$  测定=A 测定管-A 空白管=0.245-0.124=0.121, 带入标准曲线  $y=0.0634x+0.0044$ ,  $R^2=0.9996$ , 计算  $x=1.84$ , 按细胞数量计算含量得:

细胞羟脯氨酸含量 ( $\mu\text{g}/10^6 \text{ cell}$ ) =  $2x \div N = 2 \times 1.84 \div 8 = 0.46 \mu\text{g}/10^6 \text{ cell}$ 。

3、取  $300 \mu\text{L}$  牛血清进行样本处理, 取上清后按测定步骤操作, 使用 1mL 玻璃比色皿测得计算  $\Delta A$  测定=A 测定管-A 空白管=0.243-0.124=0.119, 带入标准曲线  $y=0.0634x+0.0044$ ,  $R^2=0.9996$ , 计算  $x=1.81$ , 按液体体积计算含量得:

液体羟脯氨酸含量 ( $\mu\text{g/mL}$ ) =  $6.67 \times x = 6.67 \times 1.81 = 12.07 \mu\text{g/mL}$ 。

**相关发表文献:**

- [1] Litong Fan, Jiaqing Chen, Yanmeng Tao, et al. Enhancement of the chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells and cartilage repair by ghrelin. Journal of Orthopaedic Research. January 2019;(IF3.043).
- [2] Qu P, Rom O, Li K, Jia L, Gao X, Liu Z, Ding S, Zhao M, Wang H, Chen S, Xiong X, Zhao Y, Xue C, Zhao Y, Chu C, Wen B, Finney AC, Zheng Z, Cao W, Zhao J, Bai L, Zhao S, Sun D, Zeng R, Lin J, Liu W, Zheng L, Zhang J, Liu E, Chen YE. DT-109 ameliorates nonalcoholic steatohepatitis in nonhuman primates. Cell Metab. 2023 May 2;35(5):742-757.e10. doi: 10.1016/j.cmet.2023.03.013. Epub 2023 Apr 10. PMID: 37040763.
- [3] Hao Y, Zhou J, Tan J, Xiang F, Qin Z, Yao J, Li G, Yang M, Zeng L, Zeng W, Zhu C. Preclinical evaluation of the safety and effectiveness of a new bioartificial cornea. Bioact Mater. 2023 Aug 8;29:265-278. doi: 10.1016/j.bioactmat.2023.07.005. PMID: 37600931; PMCID: PMC10432718.

**参考文献：**

- [1] Naeini A, Miri R, Shafiei N. et al. Effects of topical application of Calendula officinalis gel on collagen and hydroxyproline content of skin in rats[J]. Comparative Clinical Pathology, 2012, 21: 253-257.
- [2] Ignat'eva N, Danilov N, Averkiev S. et al. Determination of hydroxyproline in tissues and the evaluation of the collagen content of the tissues[J]. Journal of Analytical Chemistry, 2007, 62: 51-57.

**相关系列产品：**

- AC10333/AC10334 谷丙转氨酶（GPT/ALT）活性检测试剂盒
- AC10335/AC10336 谷草转氨酶（GOT/AST）活性检测试剂盒
- AC10123/AC10124 脯氨酸（Pro）含量检测试剂盒
- AC10337/AC10338 氨基酸（AA）含量检测试剂盒
- AC10101/AC10102 半胱氨酸（Cys）含量检测试剂盒
- AC10339/AC10340 谷氨酸（Glu）含量检测试剂盒